






## Utilisation du Système BD Veritor™ pour la détection rapide du SARS-CoV-2

Lisez la procédure de test en entier, y compris les procédures de contrôle qualité avant d'effectuer le test. Lisez la notice d'accompagnement pour obtenir une information complète sur le test. Assurez-vous que TOUS les composants soient à température ambiante (15 à 30 °C) lorsque vous effectuez le test.

### Préparation de l'échantillon


- 1 Rassemblez le matériel nécessaire pour le test et reportez l'identifiant de l'échantillon sur l'étiquette du dispositif de test.
- 2 Retirez le bouchon du tube contenant le réactif d'extraction.
- 3 Insérez l'écouvillon avec l'échantillon du patient et faites-le glisser vigoureusement de haut en bas et vice versa pendant 15 secondes.
- 4 Retirez l'écouvillon en pinçant le tube pour extraire le liquide. Éliminez convenablement l'écouvillon.
- 5 Enfoncez fermement l'embout de distribution sur le tube. Homogénéisez l'échantillon en faisant tourner le bas du tube entre vos doigts.



### Tous les résultats des tests doivent être déterminés à l'aide de l'analyseur BD Veritor™ Plus

#### Analyser Maintenant

- 6 Ajoutez 3 gouttes de l'échantillon traité dans le puit du dispositif de test.




- 7 Laissez le test se développer pendant 15 minutes.  
**ATTENTION:** Des résultats erronés peuvent être générés si la durée de développement est inférieure à 15 minutes. Couvrez le dispositif de test si vous travaillez dans un environnement exposé aux courants d'air.



- 8 Lorsque le test est prêt, mettez l'analyseur BD Veritor Plus sous tension en appuyant une fois sur le bouton bleu d'alimentation. Insérez le dispositif du test.



**Optionnel:** Si vous utilisez l'accessoire prévu pour scanner les codes à barres, suivez les instructions affichées à l'écran vous invitant à scanner les codes à barres requis pour démarrer l'analyse.



- 9 Le résultat du test apparaît à l'écran. Voir la charte d'interprétation ci-dessous. Enregistrez le résultat avant de retirer le dispositif de test. Jetez le dispositif de test de manière appropriée.


#### OU

#### Autonome (l'instrument doit être branché)

Appuyez une fois sur le bouton de démarrage bleu pour mettre l'analyseur en marche. Lorsque vous y êtes invité, cliquez deux fois pour sélectionner le mode «Walk Away». Un minuteur comptant trois minutes à rebours affiche le temps restant pour insérer le dispositif de test.




**Optionnel:** Si vous utilisez l'accessoire prévu pour scanner les codes à barres, suivez les instructions affichées à l'écran vous invitant à scanner les codes à barres requis pour démarrer l'analyse.



Ajoutez 3 gouttes de l'échantillon traité dans le puit du dispositif de test.



Confirmez que le minuteur est visible et que le mode « Walk Away » est activé avant d'insérer le dispositif. Insérez le dispositif pour lancer le chronométrage du test et l'analyse. Ne touchez pas à l'instrument pendant l'analyse. Respectez le niveau de remplissage.



Les résultats seront affichés sur l'écran lorsque l'analyse sera terminée (15 minutes).\* Enregistrez le résultat, retirez et éliminez convenablement le dispositif de test. L'instrument revient au mode « Analyze Now » lorsque le dispositif de test est retiré.

**Utilisation du Système BD Veritor™ pour la détection rapide du SARS-CoV-2**

Affichage	Interprétation
CoV2: +	Test positif pour le SARS-CoV-2 (antigène présent)
CoV2: –	Test présumé négatif pour le SARS-CoV-2 (pas d'antigène)
CONTROL INVALID	Test invalide. Répétez le test.


**INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS**

Les résultats de test ne doivent **PAS** être lus visuellement. L'analyseur BD Veritor Plus (acheté séparément) doit être utilisé pour l'interprétation de tous les résultats de test. Référez-vous au tableau ci-dessus.

**Résultats de test positifs** – L'antigène du SARS-CoV-2 est présent ; n'exclut pas une co-infection par d'autres pathogènes.

**Résultats de test négatifs** – Les résultats négatifs sont présumés négatifs. Les résultats négatifs n'excluent pas une infection et ne devraient pas constituer la seule base pour prendre des décisions sur le traitement ou la prise en charge du patient, y compris les décisions pour la prévention de l'infection, notamment si des signes ou symptômes caractéristiques de la COVID-19 sont observés, ou pour les personnes qui ont été exposées au virus. Il est recommandé de confirmer ces résultats par un test moléculaire si cela est nécessaire pour la prise en charge du patient.

**Test invalide** - Si le test est invalide, l'analyseur BD Veritor Plus affichera un résultat « CONTROL INVALID » et le test ou contrôle devra alors être répété

**PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ EXTERNE**

Des écouvillons témoins sont fournis dans chaque trousse. Ces écouvillons témoins devraient être utilisés afin de s'assurer que les réactifs du test fonctionnent correctement et que la procédure du test est appliquée correctement. Pour contrôler la trousse, insérez l'écouvillon témoin dans le tube du réactif d'extraction et faites le glisser vigoureusement de haut en bas et vice versa pendant 15 secondes. Procédez en suivant les procédures de test indiquées au dos de cette fiche en commençant à l'étape 4. BD recommande d'effectuer des contrôles pour chaque nouveau lot de trousse, chaque utilisateur nouveau et chaque nouvelle livraison de trousse de test, ou aux intervalles réguliers exigés par votre établissement. Si les contrôles qualité de la trousse ne donnent pas les résultats attendus, ne communiquez pas les résultats obtenus pour les patients et contactez votre équipe d'assistance technique BD au [Covid19TechnicalSupportCanada@bd.com](mailto:Covid19TechnicalSupportCanada@bd.com).

**PRÉLÈVEMENT ET MANIPULATION DE L'ÉCHANTILLON**

L'échantillon doit être prélevé et manipulé correctement afin d'obtenir des résultats exacts (veuillez consulter le guide de prélèvement de l'échantillon ci-joint). Une formation ou des instructions complémentaires sont recommandées si les utilisateurs ne sont pas expérimentés face aux procédures applicables au prélèvement et à la manipulation de l'échantillon.

**AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS**

1. Réservé à des fins de diagnostic in vitro.
2. Tous les résultats de test doivent être obtenus en utilisant l'analyseur BD Veritor Plus.
3. Les résultats de test **NE** doivent **PAS** être lus visuellement.
4. Les échantillons et matériels associés doivent être manipulés avec les précautions qui s'imposent pour les substances susceptibles de transmettre des agents infectieux.
5. Les matériels doivent être éliminés comme des déchets biologiques dangereux en respectant les consignes locales.
6. **Assurez-vous que tous les composants soient à température ambiante (15 à 30 °C) lorsque vous effectuez le test.**
7. Veuillez lire la notice d'accompagnement pour obtenir des informations détaillées sur le test, les précautions, limitations et avertissements.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la notice d'utilisation du produit ou contacter votre équipe d'assistance technique BD au [Covid19TechnicalSupportCanada@bd.com](mailto:Covid19TechnicalSupportCanada@bd.com)

BD, le logo BD et Veritor sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. ©2021 BD. Tous droits réservés.